

Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ. 15123
Τηλ. 2105212000
www.keelpno.gr
Facebook: @keelpno
Twitter: @keelpno_gr

Πληροφορίες:

Γραφείο Προμηθειών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ, 2105212870
Φαξ: 2105212135

Μαρούσι, 05-06-2018

Αρ. Πρωτ. : 5949

Διαβάθμιση : ΚΠ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Ανακοίνωση διευκρίνισης για την με αριθμ. πρωτ. 5523/29-05-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι στην αριθμ. πρωτ. 5523/29-05-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων έγχυσης για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ Κρήτης

Στα παραρτήματα Α και Β η γραμμή με Α/Α 5: Μembrάνη διήθησης polycarbonate διαμέτρου 47 ή 50 mm, διαμέτρου πόρων 0,2 μm, αποστειρωμένες αντικαθίσταται με την περιγραφή:

Μembrάνη διήθησης polycarbonate διαμέτρου 47 ή 50 mm, διαμέτρου πόρων 0,2 μm, **μη αποστειρωμένη, αποστειρώσιμη.**

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 8/06/2018.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
αν. Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Αθηνών



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Υπεύθυνη Γραμματέας
α.α.
Μαγκίροβα Έλενα

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Γραφείο Προμηθειών

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Γραφείο Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Κοινού και Επαγγελματιών

Υγείας