




ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



Ε.Ο.Δ.Υ.

ΚΠ 22714 / 2021 - 22/10/2021

Αγράφων 3-5, Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ. 2105212000

[www.eody.gov.gr](http://www.eody.gov.gr)

Facebook: @eody

Twitter: @eody\_gr

### Πληροφορίες:

### Τμήμα Προμηθειών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ , 2105212870

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΟΛΕΣΗ , 2105212189

**Θέμα:** Παροχή διευκρινίσεων σε προδιαγραφές ειδών και διόρθωση στο χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων 5/2021 (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 139840)

**Σχέτ. 1:** Υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-20984/2021-27/9/2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 5/2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια βιοιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια βιοιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων του Κ.Ε.Δ.Υ.», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» (Κωδικός ΟΠΣ 5076403), εκτιμώμενου προϋπολογισμού 7.625.450,00€ άνευ Φ.Π.Α. (9.455.558,00€ συμπ. ΦΠΑ).

**Σχέτ. 2:** Το από 11/10/2021 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΟΔΥ: ΕΙΣ-ΚΠ-21986/2021-12/10/2021)

**Σχέτ. 3:** Το από 11/10/2021 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΟΔΥ: ΕΙΣ-ΚΠ-21987/2021-12/10/2021)

**Σχέτ. 4:** Το από 14/10/2021 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΟΔΥ: ΕΙΣ-ΚΠ-22089/2021-14/10/2021)

**Σχέτ. 5:** Το από 18/10/2021 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΟΔΥ: ΕΙΣ-ΚΠ-22223/2021-19/10/2021)

**Σχέτ. 6:** Το από 21/10/2021 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΕΟΔΥ: ΕΙΣ-ΚΠ-22479/2021-21/10/2021)

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων 5/2021, για την προμήθεια βιοιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, της Πράξης «Προμήθεια βιοιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων του Κ.Ε.Δ.Υ.», του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»



(Κωδικός ΟΠΣ 5076403), με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 139840, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις σε ερωτήματα οικονομικών φορέων:

**ΕΡΩΤΗΜΑ 1:** «...σχετικά με τα παρακάτω ζητούμενα είδη της διακήρυξης: Α/Α 19 «Βαθειά κατάψυξη κάθετου τύπου -86°C, χωρητικότητας τουλάχιστον 540 λίτρων με συνοδά αξεσουάρ», Α/Α 20 «Βαθειά κατάψυξη -86°C κάθετου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 800 λίτρων με συνοδά αξεσουάρ», παρακαλώ διευκρινίστε εάν με την προδιαγραφή (g) «Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης», η οποία είναι κοινή και για τα 2 είδη, εννοείτε 2 εξωτερικές πόρτες για τον καταψύκτη ή 2 θύρες πρόσβασης για αισθητήρια θερμοκρασίας κλπ...».

**Απάντηση:** Για τα είδη με Α/Α 19 και 20, διευκρινίζεται ότι με την προδιαγραφή (g) «Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης» ζητούνται 2 θύρες πρόσβασης για τη χρήση εξωτερικών αισθητήριων (π.χ. θερμοκρασίας) και δεν αναφέρεται στις εξωτερικές πόρτες του καταψύκτη.

**ΕΡΩΤΗΜΑ 2:** «...παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι που αφορούν στο είδος 121-Αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα διανομής υγρών: Προδ. d) I (σελ. 286): ο αριθμός των απαιτούμενων πιπετών καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, ήτοι ο αριθμός καναλιών κάθε πιπέτας. Προδ. d) V & VI (σελ. 286): ο αριθμός των απαιτούμενων racks σε κάθε περίπτωση...».

**Απάντηση:** Για το είδος με Α/Α 121, ζητείται το σύστημα να συνοδεύεται από:

- τουλάχιστον δύο (2), οκτακάναλες πιπέτες, μία όγκων 50-1250ml & μία όγκων 2-50ml,
- τρία (3) racks κατάλληλα για σωληνάρια 2ml, 5ml & 15ml, ένα (1) για κάθε μέγεθος,
- τέσσερα (4) racks κατάλληλα για swab tubes

**ΕΡΩΤΗΜΑ 3:** «...παρακαλούμε για τις παρακάτω διευκρινίσεις που αφορούν στο είδος 27: Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών MALDI-TOF. 1) Ζητείται στη προδιαγραφή b): Πλήρες αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης, με κατάλληλο λογισμικό για ταχεία ταυτοποίηση Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων, κλπ. με βάση δεδομένων του κατασκευαστή του μηχανήματος. Με ζητούμενο κριτήριο την ταχύτητα, που διαφέρει αισθητά τόσο στους κατασκευαστές αλλά και στα μοντέλα του ίδιου κατασκευαστή, παρακαλούμε να δοθεί μια ελάχιστη αποδεκτή ταχύτητα. 2) Ζητείται στις προδιαγραφές c), g): Λογισμικό αλλά και βάση δεδομένων. Με ζητούμενο κριτήριο τόσο το πλήθος όσο και τα είδη των μικροοργανισμών, παρακαλούμε να αναφερθούν και συγκεκριμένες ομάδες μικροοργανισμών μαζί με το πλήθος των ειδών που λόγω σπουδαιότητας επιθυμείται να περιλαμβάνονται στον τελικό σχηματισμό...».

**Απάντηση:** Σχετικά με την προδιαγραφή «b) Πλήρες αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης, με κατάλληλο λογισμικό για ταχεία ταυτοποίηση Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων, κλπ. με βάση δεδομένων του κατασκευαστή του μηχανήματος», η ταχεία ταυτοποίηση ορίζεται ως ελάχιστη αποδεκτή ταχύτητα, η ταχύτητα των 400 δειγμάτων/ώρα.

Σχετικά με τις προδιαγραφές «c) Το σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό στον σταθμό ανάκτησης για την αναγνώριση του μικροοργανισμού» & «g) Να προσφέρεται με πρόγραμμα πιστοποιημένης βάσης δεδομένων (CE-IVD) και ανοιχτής βάσης δεδομένων (RUO)», το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λογισμικό και βάση δεδομένων για:

- ταυτοποίηση Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων με δυνατότητα ταυτοποίησης και επικύρωσης (validation) *Salmonella* spp., *Listeria* spp., *Listeria monocytogenes*, *Cronobacter* spp., *Campylobacter* spp., με βάση πιστοποιημένες μεθόδους κατά ΑΟΑC-ΟΜΑ και ISO 16140-part 6,



- 180 νηματοειδείς μύκητες (Filamentous fungi),
- 160 μυκοβακτηρίδια (βάση δεδομένων IVD),
- ανάλυση ανθεκτικότητας παρουσία αντιβιοτικών (καρβαπενεμάση, κεφαλοσπορινάση) σε βακτήρια (βάση δεδομένων IVD).

**ΕΡΩΤΗΜΑ 4:** «...Η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων, 1<sup>ης</sup> ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΤ 87/1996. Επομένως, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αυτή η άδεια είναι επαρκής, σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου 2.2.6. τμήμα II, που αφορά τα είδη με ΑΑ: **15-16-17-18-19-20-64-140**, όπου απαιτείται οι οικονομικοί να διαθέτουν ειδική πιστοποίηση καταλληλότητας I...».

**Απάντηση:** Με δεδομένο ότι η άδεια ειδικότητας που έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 87/1996 συγκαταλέγεται μεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλονται προς το σκοπό απόκτησης Πιστοποιητικού Κατηγορίας I σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2067/ΕΚ (βλ. υπ' αριθμ. Κ1/27707 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β/1186/26-3-2021), διευκρινίζεται ότι η άδεια ειδικότητας που έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 87/1996 δεν αναπληρώνει ούτε υποκαθιστά το απαιτούμενο κατά τη διακήρυξη Πιστοποιητικό Κατηγορίας I που εκδίδεται σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2067/ΕΚ.

**ΕΡΩΤΗΜΑ 5:** «...Όσον αφορά στο είδος με α/α **152** (Ιοντικός Χρωματογράφος κατάλληλος για προσδιορισμό πολυάριθμων ιόντων και πιο συγκεκριμένα στον Αυτόματο δειγματολήπτη (σημείο E των τεχνικών προδιαγραφών) και ειδικά στο σημείο B όπου αναφέρεται «Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 80 θέσεων για φιαλίδια των 10 mL ή 120 θέσεων για φιαλίδια 15 ml», μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε αν όντως θέλετε να διαθέτει χωρητικότητα 120 θέσεων για φιαλίδια των 15ml; Μήπως αυτό γράφτηκε εκ παραδρομής και θέλετε χωρητικότητα 120 θέσεων για φιαλίδια των 1,5ml;...».

**Απάντηση:** Όντως, πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, καθώς δεν υπάρχει η υποδιαστολή μεταξύ των ψηφίων 1 και 5. Συγκεκριμένα, στο σημείο B της παραγράφου E, η ορθή διατύπωση έχει ως εξής: «Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 80 θέσεων για φιαλίδια των 10 mL ή 120 θέσεων για φιαλίδια του **1,5 ml.**»

**ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:** Η αναθέτουσα Αρχή έχοντας υπόψη την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών (Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021), καθώς και την ενότητα **2.4.5** «Χρόνος ισχύος των προσφορών» της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία: «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για **διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.**», γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς τη **διόρθωση** του χρόνου ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ, ως κάτωθι:

Ι) Η παρ. **2.2.2.1** της ενότητας **2.2.2** «Εγγύηση συμμετοχής», σύμφωνα με την οποία: «... Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι και την **10 Δεκεμβρίου 2022**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται...»,

Τροποποιείται σε: «... Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι και την **4 Δεκεμβρίου 2022**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται...»

II) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος III, στο σημείο: «**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών**»,

Τροποποιείται σε: «**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών**».

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Προστάμενος Γραμματείας  
Ευαγγελία Σβεντζούρη

Θεοκλής Ζαούτης

**Εσωτερική Διανομή :**

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων

Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΔΥ