



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ. 15123
Τηλ. 2105212000
www.eody.gov.gr
f: @eody
t: @eody_gr

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ , 2105212870
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΟΛΕΣΗ, 2105212189
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΟΛΕΣΗ

Μαρούσι , 20-08-2025
Αρ. Πρωτ. : 16025
Διαβάθμιση : ΚΠ

Προς :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω του ΕΣΗΔΗΣ)

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (14/2025)

Σχετ.:

1. Υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-14140/2025-17/07/2025 Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (14/2025), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης μέσω της δημιουργίας δικτύου εργαστηρίων δημόσιας υγείας», **A/A 4**, της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ με ονομασία ΕΟΔΥ για την υλοποίηση της Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)», του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της δημόσιας υγείας: «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8.497.986,06€ (πλέον ΦΠΑ), (ήτοι, 9.675.001,03€, συμπ. ΦΠΑ 24% και 6% ανά περίπτωση)
2. Το από 05/08/2025 (ΕΙΣ-ΚΠ-15543/2025-06/08/2025) αίτημα οικονομικού φορέα για την παροχή διευκρινίσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
3. Το από 07/08/2025 (ΕΙΣ-ΚΠ-15651/2025-08/08/2025) αίτημα οικονομικού φορέα για την παροχή διευκρινίσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
4. Το από 07/08/2025 (ΕΙΣ-ΚΠ-15652/2025-08/08/2025) αίτημα οικονομικού φορέα για την παροχή διευκρινίσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (14/2025), για την προμήθεια εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: **378009**, διευκρινίζονται τα εξής :

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. «Με βάση την απάντησή σας ... που λάβαμε στο ερώτημα μας για το τμήμα 6 (Θάλαμοι βιοασφάλειας), στην οποία η τεχνική απαίτηση της πιστοποίησης κατασκευαστή κατά ISO 13485 διαγράφεται, διότι το συγκεκριμένο είδος δεν ανήκει στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εφόσον η εταιρεία μας (οικονομικός φορέας) θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο για το τμήμα 6, γιατί είναι απαραίτητο να διαθέτει το ISO 13485;»

Απάντηση. Στο πλαίσιο διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού-επιστημονικού-εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισμού, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ορίζει κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχων που είναι συνδεδεμένα και ανάλογα με το αντικείμενο της Σύμβασης (φυσικό και οικονομικό), έτσι ώστε να αποτελούν μία αντικειμενική ένδειξη καταλληλότητας για την ορθή εκτέλεση αυτής, ειδικά όταν απαιτείται στα περισσότερα είδη εξοπλισμού η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μέσω εγγυημένης περιόδου καλής λειτουργίας (όπως στα είδη του τμήματος 6).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίθηκε ότι η πιστοποίηση αθροιστικά με τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 13485, σε πεδίο εφαρμογής σχετικό με πώληση ή/και διανομή ή/και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού ή/και επιστημονικού ή/και εργαστηριακού εξοπλισμού ή/και εμπορία αντιδραστηρίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης και σχετικών αναλωσίμων, ενισχύει την επαγγελματική τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία του οικονομικού φορέα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. «Σχεδόν σε όλα τα είδη και τα τμήματα του διαγωνισμού ζητείται τα προσφερόμενα προϊόντα «Να φέρουν σήμανση CE, χωρίς όμως από τη φύση του ζητούμενων προϊόντων αυτά να εμπίπτουν στις σχετικές με τη σήμανση CE διατάξεις. Εν προκειμένω, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η σχετική απαίτηση «Να φέρει σήμανση CE» όσον αφορά τα είδη των τμημάτων 22 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ KING FISHER, ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ», 27 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ NGS ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ion GeneStudio S5», έχει τεθεί εκ παραδρομής και δεν είναι απαιτητή αυτή η προδιαγραφή».

Απάντηση.

Σας ενημερώνουμε ότι η απαίτηση «να φέρει σήμανση CE» που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη των τμημάτων:

- #22: Αντιδραστήρια για απομόνωση γενετικού υλικού, συμβατά με ιδιόκτητο εξοπλισμό King Fisher, και απομόνωσης γενετικού υλικού υψηλής καθαρότητας,
- #27: Αντιδραστήρια που απαιτούνται για NGS με την ιδιόκτητη πλατφόρμα Ion GeneStudio S5,

τέθηκε εκ παραδρομής. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα, από τη φύση και τη χρήση τους, δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις περί σήμανσης CE, η εν λόγω προδιαγραφή **δεν είναι απαιτητή** για την παρούσα προμήθεια.



ΕΡΩΤΗΜΑ 3. «Στα κάτωθι είδη του τμήματος 27:

27,3. Chip Kit, κατάλληλο για χρήση με τα συστήματα της σειράς Ion S5, 2-3M reads/chip

27,6. Chip Kit, κατάλληλο για χρήση με τα συστήματα της σειράς Ion S5, 3-6M reads/chip

27,7. Chip Kit, κατάλληλο για χρήση με τα συστήματα της σειράς Ion S5, 15-20M reads/chip

27,19. Gel Ηλεκτροφόρησης, 2% agarose, καταλληλο για size selection, συμβατό με το σύστημα ηλεκτροφόρησης τύπος Egel της Invitrogen

Το δηλούμενο στη διακήρυξη ποσοστό ΦΠΑ είναι 6% (σελ. 135 & 136 διακήρυξης). Το ορθό όμως ποσοστό ΦΠΑ για την κατηγορία αυτών των προϊόντων είναι 24%. Παρακαλούμε για τη διόρθωση στο ορθό του ποσοστού ΦΠΑ των ανωτέρω ειδών.»

Απάντηση. Σας ενημερώνουμε, ότι εκ παραδρομής, στα είδη με α/α 27.3, 27.6, 27.7, και 27.19 έχει δηλωθεί ΦΠΑ 6%, έναντι του ορθού ΦΠΑ 24%. Συνεπώς ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών καθώς και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του τμήματος διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ										ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ										
ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ άνευ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ άνευ ΦΠΑ	Συνολική Αξία ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ	ΚΕΔΥ	ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΚΠΑ - ΕΚΑΡ	ΕΟΔΥ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ (εργαστήριο φυματιώσης)	ΑΠΘ - ΕΚΑΑΒΕ	ΠΕΔΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ	ΠΕΔΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΠΘ-Διαγνωστικό Εργαστήριο Κτηνιατρικής	ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ (α) (Εργαστήριο κ.Σουρβίνου)	ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ (β) (Εργαστήριο κ.Ψαρουλάκη)	
27. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ NGS ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ion GeneStudio S5 (33696500-0 "Αντιδραστήρια εργαστηρίων", 38000000-5 "Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)")	27,1. Μίγμα TaqMan qPCR και ένα πρότυπο βιβλιοθήκης για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των Femtomolar ποσοτήτων Ion fragment βιβλιοθηκών	συσκ. 250 αντιδράσεων	1	1.500,0000	6%	1.590,0000	1.500,0000	90,0000	1.590,0000	1										
	27,2. Κιτ για την προετοιμασία Ion Sphere Particles και φόρτωμα σε Ion 510/520/530 Chip Ion 510 & Ion 520 & Ion 530 Kit – Chef (1 sequencing run per initialization)	kit	10	3.900,0000	6%	4.134,0000	39.000,0000	2.340,0000	41.340,0000	4									6	
	27,3. Chip Kit, κατάλληλο για	kit	4	4.274,19355	24%	5.300,00	17.096,7742	4.103,2258	21.200,0000	4										



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

χρήση με τα συστήματα της σειράς Ion S5, 2-3M reads/chip																			
27,4. Κιτ Barcode Adaptors, 1-16	kit	1	2.120,0000	6%	2.247,2000	2.120,0000	127,2000	2.247,2000	1										
27,5. Κιτ βιβλιοθήκης θραύσματος	kit	6	990,0000	6%	1.049,4000	5.940,0000	356,4000	6.296,4000	6										
27,6. Chip Kit, κατάλληλο για χρήση με τα συστήματα της σειράς Ion S5, 3-6M reads/chip	kit	7	6.014,64516	24%	7.458,1600	42.102,5161	10.104,6039	52.207,1200											7
27,7. Chip Kit, κατάλληλο για χρήση με τα συστήματα της σειράς Ion S5, 15-20M reads/chip	kit	1	6.957,53225	24%	8.627,3400	6.957,5323	1.669,8077	8.627,3400											1
27,8. Κιτ Barcode Adaptors, 1-384	kit	1	10.000,0000	6%	10.600,0000	10.000,0000	600,0000	10.600,0000											1
27,9. Κιτ Barcode Adaptors, 17-32	kit	3	2.250,0000	6%	2.385,0000	6.750,0000	405,0000	7.155,0000											3
27,10. Κιτ Barcode Adaptors, 33-48	kit	3	2.250,0000	6%	2.385,0000	6.750,0000	405,0000	7.155,0000											3
27,11. Πλήρες κιτ ενίσχυσης υπερμεταβλητών περιοχών του γονιδίου 16S rDNA από βακτήρια	kit	4	1.680,0000	6%	1.780,8000	6.720,0000	403,2000	7.123,2000											4
27,12. Πλήρες κιτ προετοιμασίας βιβλιοθηκών από DNA ή RNA για	kit	5	7.000,0000	6%	7.420,0000	35.000,0000	2.100,0000	37.100,0000											5



προσδιορισμό αλληλουχίας																		
27,13. Πλήρες πανελ για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του SARS-CoV-2 με NGS σε λιγότερο από 24 ώρες με ελάχιστο χρόνο παρέμβασης χρήστη (45 λεπτά), με τεχνολογία ημιαγωγών	kit	2	4.500,0000	6%	4.770,0000	9.000,0000	540,0000	9.540,0000										2
27,14. Κιτ κανονικοποίησης μοριακής συγκέντρωσης βιβλιοθηκών χημείας Ion Torrent	kit	5	800,0000	6%	848,0000	4.000,0000	240,0000	4.240,0000										5
27,15. Κιτ βιβλιοθήκης θραύσματος υψηλής ποιότητας βιβλιοθηκών DNA	kit	3	800,0000	6%	848,0000	2.400,0000	144,0000	2.544,0000										3
27,16. Κιτ ποσοτικοποίησης βιβλιοθηκών για χρήση σε αλληλούχιση νέας γενιάς	kit	3	2.110,0000	6%	2.236,6000	6.330,0000	379,8000	6.709,8000										3
27,17. Κιτ ανάστροφης μεταγραφής	kit	2	5.775,0000	6%	6.121,5000	11.550,0000	693,0000	12.243,0000										2
27,18. Έτοιμα προς χρήση	συσκ. 50 ml	2	960,0000	6%	1.017,6000	1.920,0000	115,2000	2.035,2000	2									



μαγνητικά σφαιρίδια																			
27,19. Gel Ηλεκτροφόρησης, 2% agarose, καταλληλο για size selection, συμβατό με το σύστημα ηλεκτροφόρησης τύπος Egel της Invitrogen	συσκευασία	2	316,29032	24%	392,2000	632,5806	151,8194	784,4000	2										
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27						215.769,4032	24.968,2568	240.737,6600											

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27: Η εγγύηση συμμετοχής για το Τμήμα 27, διαμορφώνεται στο ποσό των 4.315,39 €.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4. «...υποβάλλουμε το ακόλουθο ερώτημα σχετικά με το Τμήμα 24 «Αντιδραστήρια που απαιτούνται για DIGITAL PCR QIAcuity ...». Στον πίνακα των ζητούμενων αντιδραστηρίων και συγκεκριμένα στον α/α2 4.2 «Microfluidics πλάκες με 24 διαμερισματοποιημένα βοθρία, για χρήση με το σύστημα digital PCR, QIAcuity που διαθέτει το εργαστήριο», στη διακήρυξη αναφέρεται ότι το είδος υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ 6%, με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος με ΦΠΑ τόσο για το είδος όσο και για το σύνολο του Τμήματος 24 να διαμορφώνεται ως εξής: Το συγκεκριμένο είδος όμως υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ 24%, οπότε ο πίνακας για το Τμήμα 24, διαμορφώνεται ως ακολούθως: ... Καθώς σύμφωνα με τον όρο της διακήρυξης ότι: «Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του τμήματος αλλά ούτε και την εκτιμώμενη αξία εκάστου είδους που συμπεριλαμβάνεται στο τμήμα. Προσφορά που δίνει μεγαλύτερη τιμή από το συνολικό προϋπολογισμό του τμήματος ή/και εκάστου είδους που συμπεριλαμβάνεται στο τμήμα, θα απορρίπτεται», παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν ο συγκεκριμένος όρος αφορά το συνολικό προϋπολογισμό για κάθε είδος και περαιτέρω το συνολικό προϋπολογισμό του τμήματος πλέον ΦΠΑ.».

Απάντηση. Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, στο είδος με α/α 24.2 έχει δηλωθεί ΦΠΑ 6%, έναντι του ορθού ΦΠΑ 24%. Συνεπώς ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του είδους καθώς και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του τμήματος διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ άνευ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ άνευ ΦΠΑ	Συνολική Αξία ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ	ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ									
										ΚΕΔΥ	ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΚΠΑ - ΕΚΑΡ	ΕΟΔΥ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (εργαστήριο φυματιώσης)	ΑΠΘ - ΕΚΑΑΒΕ	ΠΕΔΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ	ΠΕΔΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΠΘ-Διαγνωστικό Εργαστήριο Κτηνιατρικής	ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ (α) (Εργαστήριο κ. Σουρβίνου)	ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ (β) (Εργαστήριο κ. Ψαρουλάκη)
24. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ DIGITAL PCR, QIAcuity (33696500-0 "Αντιδραστήρια εργαστηρίων")	24,1. Κιτ για την απόλυτη ποσοτικοποίηση RNA στόχων (έως 5 στόχους) συμβατό με το σύστημα digital PCR, QIAcuity που διαθέτει το εργαστήριο	kit	4	4.175,0000	6%	4.425,5000	16.700,0000	1.002,0000	17.702,0000	4									
	24,2. Microfluidics πλάκες με 24 διαμερισματοποιημένα βοθρία, για χρήση με το σύστημα digital PCR, QIAcuity που διαθέτει το εργαστήριο	συσκευασία	4	526,58065	24%	652,9600	2.106,3226	505,5174	2.611,8400	4									
	24,3. Microfluidics πλάκες με 8 διαμερισματοποιημένα βοθρία, για χρήση με το σύστημα digital PCR, QIAcuity που διαθέτει το εργαστήριο	συσκευασία	5	322,0000	24%	399,2800	1.610,0000	386,4000	1.996,4000										5
	24,4. Κιτ για την απόλυτη ποσοτικοποίηση DNA στόχων (έως 5 στόχους) συμβατό με το σύστημα digital PCR, QIAcuity που διαθέτει το εργαστήριο	kit	10	1.266,0000	6%	1.341,9600	12.660,0000	759,6000	13.419,6000	10									
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24							33.076,3226	2.653,5174	35.729,8400										



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24: Η εγγύηση συμμετοχής για το Τμήμα 24, διαμορφώνεται στο ποσό των 661,53 €.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

**Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας**

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικού

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας

Γραφείο Γραμματείας Διευθύνοντος Συμβούλου

ΛΗΔΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ